

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Gia Lâm đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Máy đo thị trường năm 2026 cho Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Gia Lâm
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
+ Ông: Nguyễn Văn Thọ
+ Điện thoại: 0975.081.586
+ Email: Nguyenvanthobvgl@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp hoặc CPN tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa Gia Lâm (Khu đô thị mới, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23/7/2026 đến 17 giờ ngày 04/8/2026

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 04/8/2026.

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng
1	Máy đo thị trường	Máy	1


(Phụ lục 1 yêu cầu kỹ thuật chi tiết đính kèm)

2. Yêu cầu về Hồ sơ chào giá:

- Hồ sơ chào theo đúng biểu mẫu tại phụ lục 2 đính kèm yêu cầu báo giá.
- Bên báo giá đồng ý cho bên yêu cầu báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá.

3. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa Gia Lâm - Khu đô thị mới, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

5. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. 

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD Bệnh viện
- Tổ CNTT (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, TCKT, Dược(Hòa)


GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Hiến

PHỤ LỤC 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT THIẾT BỊ MỜI BẢO GIÁ

(Đính kèm thư mời bảo giá số: 627/TM-BVGL ngày 23/7/2026 của Bệnh viện đa khoa Gia Lâm)

Model: BIO-1000 PLUS

Hãng/ Nước sản xuất: Chongqing Bio NewVision Medical Equipment Ltd/ Trung Quốc

Xuất xứ: TRUNG QUỐC

I. Yêu cầu chung

Máy mới 100%, sản xuất 2026 trở về sau

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Nguồn điện hoạt động: 100-240V, 50 ~ 60Hz

Môi trường hoạt động: Phù hợp với địa lý và khí hậu của Việt Nam

II. Cấu hình

Máy đo thị trường: 01 máy

Chân bàn nâng hạ bằng điện – Trung Quốc: 01 máy

Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ

Máy in – Mua tại Việt Nam: 01 bộ

Tài liệu HDSD: 01 bộ

III. Đặc tính thông số kỹ thuật

Phạm vi kiểm tra: 90°

Khoảng cách kiểm tra: 30 cm

Độ sáng đèn nền: Trắng 31,5 asb

Độ sáng mục tiêu thị giác: 1 asb – 10.000 asb

Kích thước mục tiêu thị giác: Goldmann III

Khoảng thời gian giữa các mục tiêu thị giác: 200 ms (02,s)

Điều chỉnh khoảng thời gian giữa các mục tiêu: Tiêu chuẩn hoặc điều chỉnh theo phản xạ của bệnh nhân

Mô hình kiểm tra ngưỡng: Trung tâm 5°–16, trung tâm 10°–68, 24–2, 30–2, 30°–60°, bước mũi

Mô hình kiểm tra ngưỡng trên: 30°–40, 30°–76, P–60, 66°–81, 60°–120, 90°–135bên mũi

Chiến lược kiểm tra đặc biệt: Esterman một mắt, Esterman hai mắt, kiểm tra tùy chỉnh theo người dùng, phát hiện nhanh một mắt lái xe 150°, phát hiện chuẩn một mắt lái xe 150°, phát hiện 36° trên, phát hiện điểm mù, phát hiện độ thẳng ngang 150°

Kiểm tra kích thước đồng tử: Tự động

Theo dõi cố định: Theo dõi điểm mù, cảnh báo lệch vị trí mắt, đường cong lệch mắt

Phát hiện ánh sáng môi trường: Tự động

Phần mềm phân tích: Phân tích độ tin cậy, báo cáo thị giác đơn, báo cáo thị giác ba, phân tích nửa thị giác GPA, phân tích tiến triển glaucoma GPA, phân tích chỉ số thị giác VFI

Hệ điều hành: Win7 trở lên

Thông tin khác

Kích thước: 412mm (dài) * 497mm (rộng) * 513mm (cao)

Trọng lượng: 17kg

Nguồn điện: 100–240V, 50–60Hz

PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm thư mời báo giá số: 627/TM-BVGL ngày 23/7/2026 của Bệnh viện đa khoa Gia Lâm)

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Gia Lâm

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của, Chúng tôi là....., có địa chỉ tại.....Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các TBYT và dịch vụ liên quan:

Stt	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, Model, hãng sản xuất	Cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Chi phí cho các dịch vụ có liên quan (VND)	Đơn giá đã bao gồm thuế, phí (VND)	Thành tiền đã bao gồm thuế, phí (VND)
1											
2											
n											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của Thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày thángnăm

3. Chúng tôi cam kết :

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc GCN đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Bên báo giá đồng ý cho bên yêu cầu báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

.....Ngàytháng.....năm.....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY
(Ký và đóng dấu)

