

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Gia Lâm đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm và lắp đặt bóng phát tia cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 32 lát Access CT/Hãng Philips năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Gia Lâm
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
+ Ông: Nguyễn Văn Thọ
+ Điện thoại: 0975.081.586
+ Email: Nguyenvanthobvgl@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp hoặc CPN tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa Gia Lâm (Khu đô thị mới, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23/7/2026 đến 17 giờ ngày 04/8/2026

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 04/8/2026.

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Danh mục mua sắm

STT	Tên hàng hoá	ĐVT	Số lượng
1	Bóng phát tia dùng cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 32 lát Access CT/Hãng Philips	Cái	1

(Phụ lục 1 yêu cầu kỹ thuật chi tiết đính kèm)



2. Yêu cầu về Hồ sơ chào giá:

- Hồ sơ chào theo đúng biểu mẫu tại phụ lục 2 đính kèm yêu cầu báo giá.
- Bên báo giá đồng ý cho bên yêu cầu báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá.

3. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa Gia Lâm - Khu đô thị mới, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

5. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. 

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Tổ CNTT (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, TCKT, Dược(Hòa)

CHIAM ĐOC

Vũ Quang Hiển

PHỤ LỤC 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT THIẾT BỊ MỜI BẢO GIÁ

(Đính kèm thư mời bảo giá số: 628/TM-BVGL ngày 23/7/2026 của Bệnh viện đa khoa Gia Lâm)

Bóng phát tia dùng cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 32 lát Access CT/Hãng Philips

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
- Kích thước tiêu điểm:
 - + Kích thước tiêu điểm nhỏ $\leq 0,4 \text{ mm} \times 0,8 \text{ mm}$
 - + Kích thước tiêu điểm lớn $\leq 0,6 \text{ mm} \times 1,3 \text{ mm}$
- Dung lượng trữ nhiệt tối đa của Anode: $\geq 3,5 \text{ MHU}$
- Công suất tản nhiệt tối đa: $\geq 3,5 \text{ kW}$
- Tốc độ quay Anode: $\geq 3.000 \text{ RPM}$
- Góc quay Anode: $\geq 7^\circ$
- Dòng qua sợi tóc $\geq 5,1 \text{ A}$
- Điện áp qua bóng phát tia $\geq 140 \text{ kV}$
- Tương thích với hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 32 lát Access CT/Hãng Philips
- Bảo hành: 12 tháng hoặc 100.000 giây phát tia kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước.

PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm thư mời báo giá số: 628/TM-BVGL ngày 23/7/2026 của Bệnh viện đa khoa Gia Lâm)

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Gia Lâm

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của, Chúng tôi là....., có địa chỉ tại.....Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các TBYT và dịch vụ liên quan:

S/tt	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, Model, hãng sản xuất	Cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Chi phí cho các dịch vụ có liên quan (VND)	Đơn giá đã bao gồm thuế, phí (VND)	Thành tiền đã bao gồm thuế, phí (VND)
1											
2											
n											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của Thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày thángnăm

3. Chúng tôi cam kết :

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc GCN đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Bên báo giá đồng ý cho bên yêu cầu báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

.....Ngàytháng.....năm.....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY
(Ký và đóng dấu)

